



Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“,  
Београд, Милана Тедића бр. 1  
Деловодни број: 213  
Датум: 14.01.2020.

## СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

### Предмет: Појашњење конкурсне документације број 1

Наручилац ИКВБ „Дедиње“, у складу са чланом 63. ЗЈН, у законском року даје појашњење за измену конкурсне документације, у отвореном поступку јавне набавке добара: **ЈН-23/19 - Медицински потрошни материјал: Остали уградни материјал - Оклудери, по партијама**, за коју је објављен позив за подношење понуда и конкурсна документација на порталу УЈН и интернет страници наручиоца, дана 10.01.2020. године, и то:

Накнадним увидом у конкурсну документацију, наручилац је утврдио да је начинио техничку грешку у партији 1 јер је грешком изоставио две позиције из партије, што се овим путем исправља и мења у свим деловима конкурсне документације, на начин како следи:

Редни број партије /позиције	Назив - Минималне техничке карактеристике по захтеву наручиоца	Јединица мере	Оквирне Количине
0	1	2	3
<b>1</b>	<b>Оклудери за затварање PFO, PLD и ASD</b>		
1.1.	Оклудери за затварање PFO: самоцентрирајући од нитинола, на носећем систему који омогућава нагиб до 50 степени. Комбатибилан са уводником од 12 F	Понуђач коме буде додељен уговор за ову партију мора да обезбеди замену за оклудер у случају да интрапроцедурално димензија оклудера не одговара in vivo	комад 32
1.2.	Сет за уградњу PFO оклудера, систем за увођење и отпуштање са дугачким уводником до 12F	Сет за уградњу PFO оклудера: "loader" за припрему PFO, дугачки уводник и Y конектор са хемостатском валвулом	комад 33
1.3.	Оклудери за затварање ASD: самоцентрирајући од нитинола, на носећем систему који омогућава нагиб до 50 степени. Комбатибилан са уводником од 12 F	Понуђач коме буде додељен уговор за ову партију мора да обезбеди замену за оклудер у случају да интрапроцедурално димензија оклудера не одговара in vivo	комад 23
1.4.	Сет за уградњу ASD оклудера, систем за увођење и отпуштање са дугачким уводником до 12F	Сет за уградњу ASD оклудера: "loader" за припрему ASD дугачки уводник и Y конектор са хемостатском валвулом	комад 25
1.5.	Оклудери за затварање PLD	Понуђач коме буде додељен уговор за ову партију мора да обезбеди замену за оклудер у случају да интрапроцедурално димензија оклудера не одговара in vivo	комад 2
1.6.	Сет за уградњу PLD оклудера, систем за увођење и отпуштање са дугачким уводником	Сет за уградњу PLD оклудера: "loader" за припрему PLD, дугачки уводник и Y конектор са хемостатском валвулом	комад 2

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

У складу са чланом 63. ЗЈН (Службеник Гласник РС број 68/15) наручилац објављује ово Појашњење на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, и истовремено објављује измењену конкурсну документацију број **ЈН-23/19/1**.

Ово појашњење чини саставни део конкурсне документације.

Наручилац Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“