



Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“,  
Београд, Милана Тепића бр. 1  
Деловодни број: 4609  
Датум: 24.08.2020.

## СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

### Предмет: Појашњење конкурсне документације број 1

Наручилац ИКВБ „Дедиње“, у складу са чланом 63. ЗЈН, у законском року даје појашњење конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара: **ЈН-25/20-Медицински потрошни материјал: Потрошни материјал за инвазивну кардиоваскуларну дијагностику и лечење**, за коју је објављен позив за подношење понуда и конкурсна документација на порталу УЈН и интернет страници наручиоца, дана 18.08.2020. године, по приспелом захтеву заинтересованог лица, и то:

#### Питања заинтересованих лица:

##### 1. Питања првог заинтересованог лица:

На страни 6. Конкурсне документације, у Табели број 1, у колони Минималне техничке карактеристике по захтеву наручиоца, ставком 1.2. Наручилац захтева: „IVUS катетери 10 Mhz са електричним генерисањем слике, компатибилни са Volcano системом, на периферној жици 0,035“.

Питање: Да ли су за Наручиоца, за потребе периферних процедура прихватљиви IVUS катетери 10 Mhz са електричним генерисањем слике, компатибилни са Volcano системом, на периферној жици 0,014"

#### Одговор наручиоца:

Прихватљиво је.

#### НАПОМЕНА: Ово појашњење чини саставни део Конкурсне документације.

У складу са чланом 63. ЗЈН (Службеник Гласник РС број 68/15) наручилац објављује ово Појашњење на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Наручилац Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“